

# 苏州罗伯克测控技术有限公司



本安防爆型



矿用防爆型



本安防爆标志



矿用防爆证

## ASV5910 型个人声暴露计

个人声暴露计 ASV5910 是一种双通道声学测量仪器,其安全性能符合 GB3836.1、3836.4 的有关规定。采用数字信号处理技术开发,模块化设计,具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点。两通道可以同时测量指数平均声压级、等效声级、统计声级、声暴露级等多项指标,还可在测量的过程中同时记录声压级随时间的变化及录制声音文件。集声级计、积分声级计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体。

### 主要技术指标:

型号名称	ASV5910 型个人声暴露计
执行标准	IEC 61672 Class 2, GB/T 3785-2010 2级, IEC 61260:2014 Class 2, GB/T 3241-2010 2级, IEC 61252:2002, GB/T 15952-2010

居燕军      18962108897      QQ:3137286759  
苏州市相城区聚贤路 129 号合景峰汇商务广场 11 期 1 幢 708 室 TEL:0512-83982866

# 苏州罗伯克测控技术有限公司

频率范围	20 Hz~12.5 kHz
测量范围	声压级：40 dB(A)-140 dB(A)（配 1/4" 传声器） C 计权峰值声压级：70 dB(C)~143 dB(C) 声暴露：0.01 Pa2h 到 99.99 Pa2h 噪声剂量：0 %~9999 %
频率计权	两通道并行，并行（同时）A、C、Z
时间计权	每通道并行 F、S、I、Peak
显示器	128×64 点阵 OLED 液晶显示
测量指标	$L_{XYP}$ 、 $L_{Xeq,t}$ 、 $L_{Xeq,T}$ 、 $L_{XYmax}$ 、 $L_{XYmin}$ 、 $L_{XYN}$ 、SEL、E、 $L_{ex8h}$ 、LAVG、TWA、DOSE、 $L_{xpeak}$ 、SD 等。

## 功能及选配：

配置号	ASV5910-1（简配）	ASV5910-2（标配）
防爆类型	/	
电池	锂电池	
工作时间	最多 40 小时以上	
数据存贮	最多 64 组	128K 组
数据记录	/	有
录音	/	有
1/1 倍频程	/	可选
外形尺寸（mm）	65×55×18	
质量	85g	
工作温度	-15 °C~50 °C	